



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

**Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Białej Podlaskiej**

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559



NZP.688/2020

Biała Podlaska, dnia 16 listopada 2020 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na sprzedaż i dostawę urządzeń do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń za pomocą fumigacji 3 szt.** [Nr sprawy: NZP.688/2020]

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie p. 20 Ogłoszenia o zamówieniu, poniżej przekazuje się treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamglawiania o wadze maksymalnej urządzenia do 7,5 kg bez kółek umożliwiających transport?

Pragniemy zauważyć, że waga jest na tyle niska, że urządzenie nie wymaga wyposażenia w kółka do transportu. Wyposażone jest w uchwyt transportowy ułatwiający przenoszenie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia do dezynfekcji metodą zamglawiania bez kółek umożliwiających transport.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamglawiania bez możliwości rejestracji parametrów zamglawiania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia do dezynfekcji metodą zamglawiania bez możliwości rejestracji parametrów zamglawiania.

DYREKTOR
Artur Kozioł